











Mintavételi Utasítás

MVU-6-W

Vizsgálat: Illékony szénhidrogének (VPH)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

2 db légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. A két ekvivalens mintavételi edényre azért van szükség, hogy az esetleges ismétléseket, hígításokat zavartalan mintaegyedből lehessen elvégezni.

VPH	0000000		VPH	MINTAJELE						
	0000000			HELY						
0000000000000000	0000000		0000000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
0000000	0000000		0000000	SZERVEZET			SZEMÉLY			
0000000	0000000		0000000	MEGRENDELŐ						
0000000	0000000		0000000	PROJEKT						
0000000	0000000		0000000	VIZSGÁLAT				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 		
WESSLING Hungary Kft.			WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	TARTÓSIKÁS HŰTÉS						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le! Amennyiben a minta nem buborékmentes öntse ki, és kezdje elölről a mintavételt!
2. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: max. 48 óra!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető