

Mintavételi Utasítás

MVU-9-W

Vizsgálat: Extrahálható szénhidrogének (EPH) Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.

EPH	0000000		EPH	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
0000000000000	0000000		0000000000000	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	MEGRENDELŐ					
	0000000		TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	PROJEKT			VIZSGÁLAT		
	0000000			Extrahálható szénhidrogének (C ₁₀ -C ₄₀)			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 		

A mintatartó edényt ne öblítse át a mintával!

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt **majdnem teljesen tele** a mintával!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: **max. 96 óra!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető