

Mintavételi Utasítás

MVU-15-W

Vizsgálat: Szulfid
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható 100 ml-es polietilén palack. **Cink-acetáttal tartósított!**

Alkalmazott címke:

SZULFID  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		SZULFID  000000000000 TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> CINK-ACETÁT HÜTÉS	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			MINTAVÉTELI ADATAI					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
0000000		PROJEKT							
0000000		VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 				

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
2. Zárja le az edényt és rázza össze a tartalmát!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető