

Mintavételi Utasítás

MVU-19-W

Vizsgálat: ÁVK (általános vízkémiai paraméterek)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:
Jól zárható, műanyagbetétes kupakú, 500 ml-es barna üveg.

ÁVK	0000000		ÁVK	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc	
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	SZERVEZET		SZEMÉLY				
	0000000		TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS		

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt **majdnem teljesen tele** a mintával!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje: **max. 12 óra!**

A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!

ÁVK vizsgálati csomag megrendelése esetén a fém komponensek vizsgálatához szükség van egy db MVU-18-W szerint vett mintaegyedre is!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársal hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésre az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető