

## Mintavételi Utasítás

MVU-22-W

**Vizsgálandó: Tartósítást igénylő szennyvízparaméterek**  
(ammónia, KOIkr, Kjeldahl-N, összes P)  
**Mintatípusok: Szennyvíz**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, barna üveg.

**A szükséges mintamennyiség tekintetében mindig egyeztessen a Laboratóriummal!**

WESSLING Hungary Kft.		<b>SZ-ÁVK</b>	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele:			
<b>SZ-ÁVK</b>							
				Helye:		Project:	
				Ideje:		Év Hó Nap Óra Perc	
				Szervezet:		Személy:	
Megrendelő:							
Tartósítószer: <b>Kénsav</b>		Vizsgálat: TARTÓSÍTÁST IGENYLŐ SZENNYVÍZ PARAM.					
Megjegyzés:							
							

**A tartósítószer cc. kénsav, amely rendkívül veszélyes, maró hatású anyag! A mintavétel során fokozott gondossággal kell eljárni!! Az üvegeket csak állítva szabad szállítani, és ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön ki a mintavételi edényből!**

**Mindig tartson a mintavétel helyszínén legalább 5 l ivóvíz minőségű vizet és használjon védőfelszerelést!**

### Veszélyjelek

#### **R-mondatok:**

**35 Súlyos égési sérülést okoz.**

#### **S-mondatok:**

**1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.**

**26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.**

**30 Soha nem szabad vízzel keverni.**

**36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.**

**45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.**