

Mintavételi Utasítás

MVU-24-W

Vizsgálandó: Cr(VI)

Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:
50 ml-es centrifugacső.

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.		Cr(VI)	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a j e l e:	
Cr(VI)	Cr(VI)				
				Helye: _____ Projekt: _____	
				Mintavétel kezdete: Év hó nap Óra perc	
		Tartósítás: Hűtés		Mintavétel szervezője: _____ Z e m é l y : _____	
				Megrendelő: _____	
				Vizsgálat: Cr(VI)	
				Megjegyzés: \ mintát a lehető leggyorsabban a laborba!!!	

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető