

Mintavételi Utasítás

MVU-29-W

Vizsgálandó: Növényvédőszer-hatóanyagok és metabolitjaik (Peszticidek)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény, mintamennyiség:

szennyvíz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 1 literes barna üveg HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához

ivóvíz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 40 ml-es EPA vial HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 50 ml-es centrifugacső Glifozát+AMPA vizsgálatához













Nátrium-tioszulfáttal ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) tartósított!

felszín/felszín alatti víz: 1 literes barna üveg GC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 40 ml-es EPA vial HPLC-MS-sel mérhető peszticidek vizsgálatához, 50 ml-es centrifugacső Glifozát+AMPA vizsgálatához

Alkalmazott címke:

PESZT. (GC)  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	0000000	PESZT. (GC)  MINTAVÉTELEZÉSI ADATOK	MINTA JELE				
	0000000		HELY				
	0000000		év	hó	nap	óra	perc
	0000000		SZERVEZET		SZEMÉLY		
	0000000		MEGRENDELŐ				
	0000000		PROJEKT				
WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 <input type="checkbox"/>	0000000	TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ HÜTÉS	VIZSGÁLAT		MINTA-VÉTELEZÉSI UTASÍTÁS 		

GLIFOZÁT  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	0000000	GLIFOZÁT  MINTAVÉTELEZÉSI ADATOK	MINTA JELE				
	0000000		HELY				
	0000000		év	hó	nap	óra	perc
	0000000		SZERVEZET		SZEMÉLY		
	0000000		MEGRENDELŐ				
	0000000		PROJEKT				
WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 <input type="checkbox"/>	0000000	TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ HÜTÉS	VIZSGÁLAT Glifozát, AMPA		MINTA-VÉTELEZÉSI UTASÍTÁS 		

PESZT. (HPLC)  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		PESZT. (HPLC)  000000000000 MINTAVÉTELI ADATOK	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃			VIZSGÁLAT		MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS 	
			HÜTÉS							

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na₂S₂O₃ tartósítószerrel tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószerrel ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető