

## Mintavételi Utasítás

MVU-31-W

**Vizsgálandó:** Nem illékony szerves vegyületek (butil-hidroxi-toluol (BHT), trifenil-foszfát) WBSE-120

**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.  
Szükséges mintamennyiség: 1 liter

Alkalmazott címke:

|                       |                      |                          |  |                       |          |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------|
| WESSLING Hungary Kft. |                      | E                        | WESSLING<br>Hungary Kft.                 | M i n t a<br>J e l e: |          |
| E                     |                      |                          |  | Helye:                | Project: |
|                       |                      | M i n t a<br>v é t e l i | Ideje:    Év    Hó    Nap    Óra    Perc |                       |          |
|                       |                      |                          | Szervezet:                               |                       | Személy: |
|                       |                      |                          | Megrendelő:                              |                       |          |
| ❄                     | Tartósítás:<br>Hűtés | Vizsgálat:               |  |                       |          |
|                       |                      | Megjegyzés:              |  |                       |          |

**Eljárás:**

1. Az edényt öblítse ki kétszer a vizsgálandó mintával
2. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 7 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető