

Mintavételi Utasítás

MVU-32-W

**Vizsgálendő: Betonra agresszív szén-dioxid
Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:

- 1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg,
- 1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg, 10 g kalcium-karbonáttal ellátva

Szükséges mintamennyiség: 2 x 0,5 liter

Alkalmazott címke:

WESSLING Hungary Kft.	E	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele:					
E			Helye:	Project:				
		M i n t a v é t e l i	I d e j e:	É v	H ó	N a p	Ó r a	P e r c
			Szervezet:	S z e m é l y:				
❄	Tartósítás: Hűtés	Megrendelő:						
		Vizsgálat:						
		Megjegyzés:						

Eljárás:

1. Töltse **teljesen tele, buborékmentesen** a mintavételi edényeket a mintával, vigyázva arra, hogy a kalcium-karbonátot ne öblítse ki az edényből.
2. Tartsa az edényt a mintavételi hőmérsékletén $\pm 5^{\circ}\text{C}$ -on a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 1 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető